

Code No. 13-1212

製品規格書

マグネシウム標準液 (Mg 1000)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.09~0.11mol/L
濃度(20℃)	990~1010mg/L