

Code No. 13-1221

製品規格書

水酸化マグネシウム, 0.6 μm

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色の粉末
粒度	0.4~0.8 μm
希塩酸溶状	試験適合
塩化物(Cl)	0.6%以下
硫酸塩(SO ₄)	0.03%以下
重金属(Pbとして)	0.003%以下
カルシウム(Ca)	0.1%以下
バリウム(Ba)	0.1%以下
鉄(Fe)	0.003%以下
含量	97.0%以上