

Code No. 13-1332

## 製品規格書

硝酸マグネシウム溶液 (10mg Mg/mL 15%硝酸溶液)

原子吸光分析用

| 試験項目                   | 規格値                |
|------------------------|--------------------|
| 外観                     | 無色透明の液体            |
| 酸濃度(HNO <sub>3</sub> ) | 実績値集積のうえ、規格化する     |
| 銀(Ag)                  | 50ppb以下            |
| カドミウム(Cd)              | 50ppb以下            |
| タリウム(Tl)               | 100ppb以下           |
| 鉛(Pb)                  | 100ppb以下           |
| ひ素(As)                 | 100ppb以下           |
| セレン(Se)                | 100ppb以下           |
| 濃度                     | 9.50～10.50mg Mg/mL |