

Code No. 13-1360

製品規格書

マグネシウム標準液 (Mg 100)

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.09~0.11mol/L
濃度(20°C)	98.0~102.0mg/L