Code No. 13-1366

製品規格書

水銀標準液 (Hg 1000)

試　験　項　目	規　格　値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO3)	0.09～0.11mol/L
濃度(20℃)	990～1010mg/L

制定日: 2003.04.22