

Code No. 13-1408

製品規格書

0.1w/v%メチルオレンジ溶液

pH試験用

試 験 項 目	規 格 値
外観	試験適合
吸収極大波長(pH4.8)	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度(1→200, pH4.8)	実績値集積のうえ、規格化する
変色範囲(pH)	(黄みの赤)3.1～4.4(赤みの黄色)