

Code No. 13-1412

製品規格書

0.04w/v%メチルレッド溶液

pH試験用

試験項目	規格値
外観	試験適合
吸収極大波長(pH3.6)	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度(1→200, pH3.6, λ max)	実績値集積のうえ、規格化する
変色範囲(pH)	(紫みの赤)4.2~6.2(黄色)