

Code No. 13-1455

## 製品規格書

### 多元素混合標準液W-VI

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	うすい青色澄明の液体
酸濃度(HNO <sub>3</sub> )	0.09~0.11mol/l
アルミニウム(Al)	95.0~105.0mg/l
ほう素(B)	95.0~105.0mg/l
カルシウム(Ca)	95.0~105.0mg/l
カドミウム(Cd)	95.0~105.0mg/l
クロム(Cr)	95.0~105.0mg/l
銅(Cu)	95.0~105.0mg/l
鉄(Fe)	95.0~105.0mg/l
マグネシウム(Mg)	95.0~105.0mg/l
マンガン(Mn)	95.0~105.0mg/l
ナトリウム(Na)	95.0~105.0mg/l
鉛(Pb)	95.0~105.0mg/l
亜鉛(Zn)	95.0~105.0mg/l