Code No. 13-1456

製品規格書

陽イオン混合標準液I

イオンクロマトグラフ用

試　験　項　目	規　格　値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO3として)	0.018～0.022mol/l
ナトリウムイオン(Na+)	95.0～105.0mg/l
マグネシウムイオン(Mg2+)	95.0～105.0mg/l
カルシウムイオン(Ca2+)	95.0～105.0mg/l

改訂日: 2006.11.07