

Code No. 13-1460

## 製品規格書

### 陽イオン混合標準液II

イオンクロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
酸濃度(HNO <sub>3</sub> として)	0.018~0.022mol/l
ナトリウムイオン(Na <sup>+</sup> )	95.0~105.0mg/l
アンモニウムイオン(NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	95.0~105.0mg/l
カリウムイオン(K <sup>+</sup> )	95.0~105.0mg/l