

Code No. 13-1496

## 製品規格書

### モリブデン標準液 (Mo 1000)

| 試験項目    | 規格値            |
|---------|----------------|
| 外観      | 無色澄明の液体        |
| 酸濃度     | 0.35~0.65mol/L |
| 濃度(20℃) | 990~1010mg/L   |