

Code No. 13-1496

## 製品規格書

### モリブデン標準液 (Mo 1000)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度	0.35~0.65mol/L
濃度(20℃)	990~1010mg/L