

Code No. 13-1597

## 製品規格書

### メラミン-15N3標準品

食品分析用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶性粉末～粉末
水溶状	試験適合
水分	実績値集積のうえ、規格化する
15N化率(トリアミン)	80%以上
15N化率(トリアジン)	20%以下
含量(HPLC)	97.0%以上