

Code No. 13-1689

製品規格書

マラソン標準物質

TraceSure(R)

試験項目	規格値
外観	無色～黄褐色、澄明の液体
アセトン溶状	試験適合
水分	0.3%以下
純度	98.0%以上
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上