

Code No. 13-1722

製品規格書

MEM α (L-グルタミン, ピルビン酸ナトリウム, ヌクレオシド含有)

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい赤色、澄明の液体
pH	7.1～7.7
浸透圧	285～315mOsm/kg
エンドトキシン	0.5EU/mL以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合
実用試験	試験適合