

Code No. 13-1781

製品規格書

0.5w/v%メチルセルロース400溶液, 滅菌済

生化学用

試験項目	規格値
外観	無色の液体
粘度(25℃)	実績値集積のうえ、規格化する
pH	5.0~8.0
無菌試験	試験適合