

Code No. 13-1882

製品規格書

30% N-メチルピペリジン溶液 (グラジエント用)

島津タンパク質一次構造分析装置用

試験項目	規格値
外観	無色～うすい黄褐色、透明～ほとんど透明の液体
密度(20℃)	0.852～0.858g/mL
アルデヒド(HCHOとして)	20ppm以下
過酸化物	1.0ppm以下
アミノ酸配列分析適合性	試験適合
濃度	28～30%