

Code No. 13-1883

## 製品規格書

### 水銀標準液 (Hg 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO <sub>3</sub> として)	4~6w/w%
濃度(20°C)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合