

Code No. 13-1884

## 製品規格書

### マグネシウム標準液 (Mg 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
酸濃度(HNO <sub>3</sub> として)	4~6w/w%
濃度(20°C)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合