

Code No. 13-1885

製品規格書

水銀標準液 ICH Q3D用 (Hg 30)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃ として)	4~6w/w%
濃度(20°C)	29.1~30.9 μ g/mL
不純物元素	試験適合