

Code No. 13-1887

製品規格書

N/200 MeGch溶液

コロイド滴定用

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい黄褐色、澄明の液体
コロイド滴定適合性	試験適合
ファクター(20℃)	0.99～1.01