

Code No. 13-1925

製品規格書

モランテル代謝産物A標準品

ガスクロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
トルエン溶状	試験適合
水分	実績値集積のうえ、規格化する
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上