

Code No. 13-1951

製品規格書

ミクログリアリムーバー (コントロール用)

細胞生物学用

試験項目	規格値
外観	液体
脂質濃度	25.0~65.0mg/mL
平均粒子径	100~180nm
Z電位	-90~-50mV