

Code No. 13-1960

製品規格書

モリブデン標準液 (Mo 1000)[認証標準物質]

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20°C)	実測値報告
濃度	実測値報告
不純物元素	試験適合