

Code No. 13-1964

製品規格書

多元素混合標準液 ICH Q3D 経口剤用[認証標準物質]

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	僅かにうすい青緑色、澄明の液体
ニッケル(Ni)	実測値報告
バナジウム(V)	実測値報告
コバルト(Co)	実測値報告
ひ素(As)	実測値報告
カドミウム(Cd)	実測値報告
鉛(Pb)	実測値報告