

Code No. 14-0105

製品規格書

塩化ニッケル(II)六水和物

和光一級

試験項目	規格値
外観	黄緑色～緑色、結晶～結晶性粉末
希塩酸溶状	試験適合
硝酸塩	試験適合(NO ₃ :約0.05%以下)
硫酸塩(SO ₄)	0.05%以下
銅(Cu)	0.02%以下
鉄(Fe)	0.02%以下
コバルト(Co)	0.3%以下
含量	97.0%以上