

Code No. 14-0121

製品規格書

(-)-ニコチン

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色～暗赤褐色、透明の液体
水溶状	試験適合
密度(20℃)	1.005～1.015g/mL
屈折率20℃	1.525～1.529
比旋光度[α]D20(c=5,CH3COCH3)	-168～-176°
水分	1.0%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	97.0%以上