

Code No. 14-0134

製品規格書

硝酸

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
濃度(HNO ₃)	質量分率65~66%
強熱残分(硫酸塩)	質量分率3ppm以下
塩化物(Cl)	質量分率0.3ppm以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.5ppm以下
銅(Cu)	質量分率0.1ppm以下
鉛(Pb)	質量分率0.1ppm以下
砒素(As)	質量分率0.01ppm以下
鉄(Fe)	質量分率0.2ppm以下

JIS K 8541:2015
(*:当社追加項目)
本品の密度は、約1.40g/mLである