

Code No. 14-0258

製品規格書

m-ニトロトルエン

和光特級

試験項目	規格値
外観	試験適合
密度(20°C)	1.157~1.163g/ml
凝固点	14~17°C
水分	0.1%以下
含量(毛管カラムGC)	98.0%以上