

Code No. 14-0401

製品規格書

硝酸(1.38)

有害金属測定用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
亜鉛(Zn)	5ppb以下
カドミウム(Cd)	0.1ppb以下
水銀(Hg)	0.05ppb以下
すず(Sn)	10ppb以下
鉛(Pb)	0.5ppb以下
砒素(As)	1ppb以下
アンチモン(Sb)	10ppb以下
バナジウム(V)	10ppb以下
セレン(Se)	10ppb以下
クロム(Cr)	1ppb以下
マンガン(Mn)	1ppb以下
濃度	60.0～62.0%