Code No. 14-0645

製品規格書

亜硝酸イオン標準液(NO2- 1000)

試　験　項　目	規　格　値
外観	無色澄明の液体
他の陰イオン	試験適合
濃度(20℃)	980～1020mg/L

改訂日: 2021.08.25