

Code No. 14-0646

製品規格書

ニッケル標準液(Ni 1000)

試験項目	規格値
外観	うすい緑色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.09~0.11mol/L
濃度(20℃)	990~1010mg/L