

Code No. 14-0647

製品規格書

ニッケル標準液(Ni 100)

試験項目	規格値
外観	わずかにうすい緑色透明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.09~0.11mol/L
濃度(20°C)	98.0~102.0mg/L