

Code No. 14-0739

製品規格書

0.2w/v% p-ニトロフェノール溶液

滴定用

試験項目	規格値
外観	うすい黄色～黄色、澄明～わずかな微濁の液体
吸収極大波長(pH9.0)	397～403nm
吸光度(1→400, pH9.0, λ max)	0.60～0.75
変色範囲(pH)	(ごくうすい黄色)4.8～7.6(黄色)