

Code No. 14-0766

## 製品規格書

### NPW用 1.15w/v% L(+)-アスコルビン酸溶液

東亜DKK全窒素全りん測定装置用

試験項目	規格値
外観	無色～ごくうすい黄色、澄明の液体
旋光度 $\alpha$ D20(50mm)	+0.12～+0.16°
濃度(20°C)	1.05～1.25w/v%