

Code No. 14-0767

製品規格書

NPW用 塩酸(1+7.5)

東亜DKK全窒素全りん測定装置用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
濃度	4.7～5.1%