

Code No. 14-0768

製品規格書

NPW用 8w/v%水酸化ナトリウム溶液

東亜DKK全窒素全りん測定装置用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
濃度(20℃)	7.5~8.5w/v%