

Code No. 14-0778

製品規格書

NP A液

全窒素全りん測定用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
濃度(K ₂ S ₂ O ₈)(20°C)	1.4~1.6w/v%