

Code No. 14-0781

## 製品規格書

### NP D液

全窒素全りん測定用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
旋光度 $\alpha$ D20(50mm)	+0.25～+0.28°
濃度(C6H8O6)(20°C)	2.2～2.6w/v%