

Code No. 14-0888

製品規格書

硝酸(1.42)

SC

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
含量	70.0～71.0%
強熱残分	2ppm以下
塩化物(Cl)	0.005ppm以下
硫酸塩(SO ₄)	0.1ppm以下
りん酸塩(PO ₄)	0.05ppm以下
銀(Ag)	0.001ppm以下
アルミニウム(Al)	0.1ppm以下
ひ素(As)	0.002ppm以下
バリウム(Ba)	0.1ppm以下
カルシウム(Ca)	0.05ppm以下
カドミウム(Cd)	0.001ppm以下
コバルト(Co)	0.001ppm以下
クロム(Cr)	0.002ppm以下
銅(Cu)	0.005ppm以下
鉄(Fe)	0.05ppm以下
カリウム(K)	0.05ppm以下
リチウム(Li)	0.005ppm以下
マグネシウム(Mg)	0.05ppm以下
マンガン(Mn)	0.005ppm以下
ナトリウム(Na)	0.2ppm以下
ニッケル(Ni)	0.005ppm以下
鉛(Pb)	0.01ppm以下
ストロンチウム(Sr)	0.005ppm以下
亜鉛(Zn)	0.02ppm以下