

Code No. 14-0986

## 製品規格書

ネオジム標準液 (Nd 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	ほとんど無色～うすい紫色又はうすい青紫色、澄明の液体
濃度(20°C)	990～1010mg/L
不純物元素	試験適合