

Code No. 14-0988

## 製品規格書

### ニオブ標準液 (Nb 1000)

ICP分析用

| 試験項目                      | 規格値          |
|---------------------------|--------------|
| 外観                        | 無色透明の液体      |
| 酸濃度(HNO <sub>3</sub> として) | 1.9~2.1w/w%  |
| 酸濃度(HFとして)                | 0.4~0.6w/w%  |
| 濃度(20°C)                  | 990~1010mg/L |
| 不純物元素                     | 試験適合         |