

Code No. 14-1007

製品規格書

N-ニトロソピペリジン標準品

クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	うすい黄色～黄色、澄明の液体
メタノール溶状	試験適合
水分	実測値報告
含量(キャピラリーカラムGC)	95.0%以上