

Code No. 15-0115

製品規格書

2%酸化オスミウム(VIII)溶液

電子顕微鏡用

試験項目	規格値
外観	わずかにうすい黄色～緑黄色、澄明の液体
濃度	1.9～2.1%