

Code No. 15-0184

製品規格書

しゅう酸塩pH標準液

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
pH(25°C)	1.665~1.695