

Code No. 15-0184

## 製品規格書

### しゅう酸塩pH標準液

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
pH(25℃)	1.665～1.695