

Code No. 15-0186

## 製品規格書

8種悪臭有機溶媒混合標準液(各 $1\text{ }\mu\text{g}/\mu\text{L}$ ペンタン溶液)

悪臭物質試験(GC)用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
実用試験	試験適合
酢酸エチル	0.97~1.03 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$
メチルイソブチルケトン	0.97~1.03 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$
トルエン	0.97~1.03 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$
イソブタノール	0.97~1.03 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$
p-キシレン	0.97~1.03 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$
m-キシレン	0.97~1.03 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$
o-キシレン	0.97~1.03 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$
スチレン	0.97~1.03 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$