

Code No. 15-0293

製品規格書

有機りん農薬混合標準液FA-1 (各20 μg/mL)

残留農薬試験用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
実用試験	試験適合
ジクロルボス(DDVP)	19.6~20.4 μg/mL
メタミドホス	19.6~20.4 μg/mL
アセフェート	19.6~20.4 μg/mL
カズサホス	19.6~20.4 μg/mL
サリチオン	19.6~20.4 μg/mL
ダイアジノン	19.6~20.4 μg/mL
イプロベンホス(IPB)	19.6~20.4 μg/mL
シアノホス(CYAP)	19.6~20.4 μg/mL
クロルピリホスメチル	19.6~20.4 μg/mL
ピリミホスメチル	19.6~20.4 μg/mL
(E)-ジメチルビンホス	19.6~20.4 μg/mL
マラチオン(マラソン)	19.6~20.4 μg/mL
(Z)-ジメチルビンホス	19.6~20.4 μg/mL
(E)-クロルフェンビンホス(α-CVP)	19.6~20.4 μg/mL
キナルホス	19.6~20.4 μg/mL
(Z)-クロルフェンビンホス(β-CVP)	19.6~20.4 μg/mL
ホスチアゼート	19.6~20.4 μg/mL
プロパホス	19.6~20.4 μg/mL
プロフェノホス	19.6~20.4 μg/mL
エチオン	19.6~20.4 μg/mL
エディフェンホス(EDDP)	19.6~20.4 μg/mL
シアノフェンホス(CYP)	19.6~20.4 μg/mL
ピリダフェンチオン	19.6~20.4 μg/mL
ホサロン	19.6~20.4 μg/mL