

Code No. 15-0295

製品規格書

有機りん農薬混合標準液FA-3 (各20 $\mu\text{g}/\text{mL}$ アセトン溶液)

残留農薬試験用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
実用試験	試験適合
オメトエート	19.6~20.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ジスルホトン(エチルチオメトン)	19.6~20.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$
モノクロトホス	19.6~20.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$
プロモホスエチル	19.6~20.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$
フェナミホス	19.6~20.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$
イソキサチオン	19.6~20.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$
パミドチオン	19.6~20.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$
アジンホスメチル	19.6~20.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$
アジンホスエチル	19.6~20.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$
クマホス	19.6~20.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$