

Code No. 16-0084

## 製品規格書

### フェナントレン標準品

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄緑色、結晶～結晶性粉末
融点	99.5～101℃
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	1.0%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上